



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,  
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski 25.03.2026 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Sukcesywne dostawy rękawic medycznych z podziałem na 5 części - uzupełnienie.”  
NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.23.2026.K

## ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert wyznaczając nowy oraz udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do w/w zapytania ofertowego.

### **Nowy termin składania i otwarcia ofert:**

Termin składania ofert: 30.03.2026 r., godzina 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2026 r., godzina 10:30

### **Pytanie 1 - Część 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 40 par z przeliczeniem zaoferowanej ilości do 20 op.(zamówienie podstawowe) oraz 10 op. (opcja)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rękawic pakowanych po 40 par. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga zaoferowania asortymentu w pełni zgodnego z określonymi tam parametrami.**

### **Pytanie 2 - Część 4**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczowania, bezpydrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej – gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia  $0,18 \pm 0,03$ mm, rękawica wierzchnia  $0,21 \pm 0,02$ mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia  $0,17 \pm 0,02$ mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia  $0,16 \pm 0,02$ mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N – dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max  $30 \mu\text{g/g}$  dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rękawicy zewnętrznej; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Rozmiary 6.0-9.0?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zaproponowanego asortymentu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga zaoferowania asortymentu w pełni zgodnego z określonymi tam parametrami.**



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,

email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



### Pytanie 3 – Część 4

Czy Zamawiający ma na myśli 350 kompletów po 2 pary (zamówienie podstawowe) oraz 175 kompletów po 2 pary (opcja)?

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że określając w załączniku nr 2 – formularz cenowy w kolumnie 3 „roczne zapotrzebowanie w parach (zakres podstawowy)” - 350 oraz w kolumnie 9 „zakres prawa opcji w parach (50% zakresu podstawowego)” – 175 miał na myśli 350 kompletów po 2 pary w zakresie podstawowym oraz 175 kompletów po 2 pary w zakresie prawa opcji.**

### Pytanie 4 - Część 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej: Rękawice lateksowe, bezpudrowe, delikatnie teksturowane, z rolowanym mankietem, z obustronną warstwą polimerową, sterylizowane radiacyjnie, AQL – 0.65, kolor kremowy, grubość na palcu 0,18 mm±0,02 mm, grubość na dłoni 0,16 mm±0,02 mm, grubość na mankiecie 0,14 mm±0,02 mm, długość min. 280 mm, rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <20 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej, poziom protein białek lateksu ≤10 µg/g, siła zrywająca przed starzeniem min. 13,5N, zgodne z EN 455 1-4, odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5, zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001, wyrób medyczny klasy IIa reguła 6, środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie zawiera kod QR kierujący bezpośrednio do deklaracji zgodności UE. Fabrycznie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym (koperta zewnętrzna): data produkcji / data sterylizacji, termin ważności, numer serii (LOT), metoda sterylizacji, kod UDI, numer referencyjny, rozmiar, kraj pochodzenia, informacje w języku polskim; Fabrycznie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym (koperta wewnętrzna): informacje w języku polskim, oznakowanie rękawicy prawej (R)/lewej (L), rozmiar; Fabrycznie oznakowanie na opakowaniu zbiorczym (dyspenser, karton zbiorczy): data produkcji / data sterylizacji, termin ważności, numer serii (LOT), metoda sterylizacji, kod EAN, kod UDI, numer referencyjny, rozmiar, kraj pochodzenia, informacje w języku polskim; Dyspenser posiada dwa otwory – jeden do pobierania i jeden do zwrotu, który umożliwi łatwiejszy zwrot nieużytych rękawic w opakowaniu jednostkowym (nieotwartej kopercie jednostkowej). Opakowanie jednostkowe: koperta zewnętrzna - foli/foolia, koperta wewnętrzna - papier. Opakowanie jednostkowe typu longpack. Rękawice nie są składane na pół. Opakowanie jednostkowe (koperta zewnętrzna) pakowane hermetycznie. Opakowanie zbiorcze: dyspenser, karton zbiorczy - papier.

Rozmiary 6.0 – 9.0

Opakowanie 50 par

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany asortyment. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 5 - Część 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej: Lateksowe, pudrowane, delikatnie teksturowane, z rolowanym mankietem, z rolowanym mankietem, zgodne z EN 455 1-4, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 6, środek ochrony indywidualnej kat. III. sterylizowane radiacyjnie, AQL 0,65, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, grubość na palcu 0,18±0,02mm, grubość na dłoni 0,16±0,02 mm, grubość na mankiecie 0,14±0,02 mm, długość min. 280 mm, poziom prprotein lateksowych <10,0 µg/g, Zawartość Pudru badana zgodnie z EN 455 mg/rękawice a nie dm2 – zgodnie z normą <150. kolor jasnokremowy, rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <20 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej, siła zrywająca przed starzeniem min. 13N, przebadane zgodnie z normą EN ISO 374-1,2,4, 5, EN 16523-1, EN ISO 21420, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,

email: [szpital@szpital-tomaszow.pl](mailto:szpital@szpital-tomaszow.pl), [www: http://szpital-tomaszow.pl](http://szpital-tomaszow.pl)



5, Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu: odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej, zgodne z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001, wyrób medyczny klasy IIa reguła 6, środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie zawiera kod QR kierujący bezpośrednio do deklaracji zgodności UE. Fabrycznie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym (koperta zewnętrzna): data produkcji / data sterylizacji, termin ważności, numer serii (LOT), metoda sterylizacji, kod UDI, numer referencyjny, rozmiar, kraj pochodzenia, informacje w języku polskim; Fabrycznie oznakowanie na opakowaniu jednostkowym (koperta wewnętrzna): informacje w języku polskim, oznakowanie rękawicy prawej (R)/lewej (L), rozmiar; Fabrycznie oznakowanie na opakowaniu zbiorczym (dyspenser, karton zbiorczy): data produkcji / data sterylizacji, termin ważności, numer serii (LOT), metoda sterylizacji, kod EAN, kod UDI, numer referencyjny, rozmiar, kraj pochodzenia, informacje w języku polskim; Dyspenser posiada dwa otwory – jeden do pobierania i jeden do zwrotu, który umożliwia łatwiejszy zwrot nieużytych rękawic w opakowaniu jednostkowym (nieotwartej kopercie jednostkowej). Opakowanie jednostkowe: koperta zewnętrzna - foli/fofia, koperta wewnętrzna - papier. Opakowanie jednostkowe typu longpack. Rękawice nie są składane na pół. Opakowanie jednostkowe (koperta zewnętrzna) pakowane hermetycznie. Opakowanie zbiorcze: dyspenser, karton zbiorczy - papier.

Rozmiary 6.0 – 9.0

Opakowanie 50 par

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowany asortyment. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 6 - Część 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic ortopedycznych o grubości na palcu 0,30 mm, o sile zrywu po starzeniu min 26 N, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 6. Pozostałe zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: : Zamawiający informuje, dopuszcza zaproponowany asortyment. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

### Pytanie 7 – do umowy

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wzoru umowy.**

---

(Kierownik Zamawiającego)