



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,

email: szpital@szpital-tomaszow.pl, [www: http://szpital-tomaszow.pl](http://szpital-tomaszow.pl)



Tomaszów Lubelski 21.07.2026 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywne dostawy sprzętu do zabiegów nerkozastępczych.

NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.64.2026.R

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy do w/w postępowania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz.4 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), bez otworów bocznych o długości 15 cm, 20 cm, 25 cm ramiona proste lub zagięte do wyboru przez Zamawiającego ?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- obrotowy pierścień do szcicia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- rozszerzało 13 Fr
- wyprodukowany w Niemczech
- opakowanie zawiera 5 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie powyższego cewnika.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu zbiorczego poz. 4 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie osobnego pakietu.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Tomaszowie Lubelskim

[Signature]
dr. med. Dariusz Gałęcki

Kierownik Zamawiającego

[Handwritten mark]