



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,

email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: <http://szpital-tomaszow.pl>



Tomaszów Lubelski 24-05-2023

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Sukcesywne dostawy nadtlenu wodoru w zakresie 2 części ”

NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.27.2023.R

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy do w/w postępowania:

### Pytanie 1.

Dot. cz. 1

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat był preparatem oryginalnym Ecolab / Bioquell, kompatybilnym z urządzeniem Bioquell BQ-50?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza oryginalny preparat Ecolab / Bioquell, kompatybilny z urządzeniem Bioquell BQ-50.

### Pytanie 2.

2. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego preparatu z urządzeniem Bioquell BQ-50 przez oficjalnego dystrybutora urządzenia na terenie Polski?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia kompatybilności oferowanego preparatu z urządzeniem Bioquell BQ-50 przez oficjalnego dystrybutora urządzenia na terenie Polski. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego Zamawiający wymaga dołączenia do Oferty KARTY CHARAKTERYSTYKI zaoferowanego produktu.

Dot. cz. 2

### Pytanie 1.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat w opakowaniach o pojemności 5 litrów pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia oferowanej ilości preparatu?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach o pojemności 5 litrów pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia oferowanej ilości preparatu.

### Pytanie 2.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat był w 100% biodegradowalny, oparty tylko na 1 składniku aktywnym – nadtlenu wodoru bez dodatku innych aktywnych składników, w szczególności związków srebra, które pozostają na dezynfekowanych powierzchniach i na kontakt z pozostałościami są narażeni pacjenci i personel?

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza aby oferowany preparat był w 100% biodegradowalny, oparty tylko na 1 składniku aktywnym – nadtlenu wodoru bez dodatku innych aktywnych składników, w szczególności związków srebra, które pozostają na dezynfekowanych powierzchniach i na kontakt z pozostałościami są narażeni pacjenci i personel.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Tomaszowie Lubelskim  
*Dariusz Gałeczki*  
lek. med. Dariusz Gałeczki