



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-
tomaszow.pl



Tomaszów Lubelski 10-07-2023 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Dostawy nakłuwaczy i testów paskowych w zakresie 2 części”
NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.36.2023.R

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców do w/w postępowania.

Pytanie 1

Pakiet Bezpieczne nakłuwacze, pozycja 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o poniższych parametrach:

- umożliwia w bezpieczny sposób uzyskiwać próbkę krwi kapilarnej z opuszka palca lub płatka ucha do badań:
 - poziomu glikemii
 - gazometrii i równowagi kwasowo-zasadowej
 - stężenia mleczanów
 - znajduje zastosowanie w szpitalach, laboratoriach i gabinetach lekarskich
 - polecany szczególnie dzieciom narazonym na wielokrotne nakłucia i reagującym stresem na widok igły
-
- trójplaszczyznowe ostrze zmniejsza do minimum przykre odczucia
 - specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
 - dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
 - prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
 - optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
 - konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
 - doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
 - Występuje w dwóch rozmiarach:
 - 23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
 - 21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn
 - Nie zawiera lateksu
 - Nie zawiera ftalanów
 - Jednorazowego użytku
 - Sterylizowany radiacyjnie
 - Pakowanie: 100 szt. / box

ROZMIAR IGŁY	GŁĘBOKOŚĆ NAKŁUCIA	KOLOR
23 G	1,8 mm	zielony
21 G	2,4 mm	rozowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Część nr. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części nr. 1 w poz. 14 nakłuwacz w kształcie „grzybka” o cechach:

- Prosta intuicyjna obsługa
- Specjalnie ostrzone igły wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte silikonem, szlifowane, trójpłaszczyznowe, minimalizujące ból
- Budowa nakłuwacza eliminująca wibracje w momencie uruchamiania – minimalizuje ból oraz zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
- Igły sterylizowane promieniami gamma
- Mechanizm bezpieczeństwa eliminujący możliwość przypadkowego zakłucia

Rozmiary poz. 1 - 21G x 1,8mm , poz. 2 - 25G x 1,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPÓŁU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM
lek. med. Bernard Żaroff
specjalista chorób ginekologicznych