



Tomaszów Lubelski 14.11.2024 r.

Nazwa zamówienia: Sukcesywne dostawy staplerów chirurgicznych przez okres kolejnych 12 miesięcy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Numer sprawy: SZZ.251.86.2024.R

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy do w/w zapytania ofertowego..

Pytanie 1 - Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności jednorazowy stapler okrężny o średnicach: 26, 29 mm, 32 mm o długości trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi ze stopu tytanu z drutu okrągłego w przekroju na całej długości. Stapler okrężny wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki:

- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 26mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm; 24 zszywki
- w zakresie od 1,6 mm do 2,4 mm. Rozmiar 29mm. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm; 24 zszywki
- w zakresie od 1,8 mm do 2,6 mm. Rozmiar 32mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm; 30 zszywek

Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową powłoką. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia. Staplery pakowane po 3 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 - Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery liniowe tnąco-zamykające / z nożem / czterorzędowe. Nóż wbudowany w ładunek, bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym i długości linii szwu 65,1 mm. Rączka staplera z ładunkiem. Staplery pakowane po 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 - Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek. Ładunki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym i długości linii szwu 65,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). Ładunki pakowane po 6 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4 - Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery liniowe tnąco-zamykające / z nożem / czterorzędowe. Nóż wbudowany w ładunek, bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
ul. Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel: (84) 664-44-11, fax: (84) 664-25-21,
email: szpital@szpital-tomaszow.pl, www: http://szpital-tomaszow.pl



kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym i długości linii szwu 85,1 mm. Rączka staplera z ładunkiem. Staplery pakowane po 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5 - Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek. Ładunki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym i długości linii szwu 85,1 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). Ładunki pakowane po 6 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 - Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery liniowe tnąco-zamykające / z nożem / czterorzędowe. Nóż wbudowany w ładunek, bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek, zszywki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym i długości linii szwu 103 mm. Rączka staplera z ładunkiem. Staplery pakowane po 5 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7 - Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem bez sekwencyjnej regulacji wysokości zszywek. Ładunki przeznaczone do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający cztery rzędy zszywek wykonanych ze stopu tytanu, o przekroju okrągłym i długości linii szwu 103 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). Ładunki pakowane po 6 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Helena Raczkiewicz

Osoba merytoryczna

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Tomaszowie Lubelskim
Dariusz Gałeczki
lek. med. Dariusz Gałeczki

Kierownik Zamawiającego