



Tomaszów Lubelski dnia, 30.01.2025 r.

**Nazwa zamówienia:** Sukcesywne dostawy instrumentów do laparoskopii dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim.

**Numer sprawy:** SZZ.251.10.2025.R

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy do w/w zapytania ofertowego.

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający oczekuje ilości 200 szt. z każdego rodzaju zestawu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający jak wskazał w załączniku nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZ CENOWY oczekuje aby 1 zestaw laparoskopowy składał się z:

1. Jednorazowego trokara 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja/stop/desuflacja umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.
2. Jednorazowej kaniuli 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji numer 1.
3. Jednorazowego trokara 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym. Całość wykonana z tworzywa.
4. Jednorazowej kaniuli 5 mm, karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z pozycji numer 3.

**W związku z tym Zamawiający oczekuje 200 zestawów składających się z narzędzi wymienionych powyżej.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający zdecyduje się na zmianę formularza cenowego tj. rozbić pozycji nr 1 na dwie pozycje, każda z konkretnym zestawem oraz z podaniem żądanej ilości sztuk?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wydziela pozycji 1 na dwie oddzielne. Zamawiający oczekuje aby 1 zestaw laparoskopowy składał się z:

1. Jednorazowego trokara 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór z trzema oddzielnymi pozycjami insuflacja/stop/desuflacja umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm.
2. Jednorazowej kaniuli 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji numer 1.
3. Jednorazowego trokara 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Z zaworem insuflacyjno - desuflacyjnym. Całość wykonana z tworzywa.
4. Jednorazowej kaniuli 5 mm, karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z pozycji numer 3.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
w Tomaszowie Lubelskim

*[Signature]*  
Kierownik Zamawiającego  
lek. med. Dariusz Gątecki