



Tomaszów Lubelski 21.01.2026 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa zestawów CytoSorb do pozaustrojowej metody oczyszczania krwi.
NUMER POSTĘPOWANIA: SZZ.251.05.2026.R

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy do w/w postępowania.

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie adsorbera o lepszych parametrach niż wskazane w SWZ – spełniający minimalne wymagania SWZ, adsorbującego substancje hydrofobowe do 60 kDa i objętości 330 ml lub 380ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wskazanego asortymentu.

Pytanie 2

Opisany przez Zamawiającego polimer pokryty jest w całości kopolimerem diwinylobenzen-styrenu i to on właśnie jest odpowiedzialny za adsorpcję opisanych w SWZ składowych krwi. Prosimy zatem o dopuszczenie Adsorbera pełnej krwi którego materiał składa się właśnie z kopolimeru diwinylobenzenu-styrenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza adsorbera pełnej krwi, którego materiał składa się właśnie z kopolimeru diwinylobenzenu-styrenu.

Pytanie 3

Prosimy o dopuszczenie adsorbera którego, zalecany czas leczenia pojedynczym adsorberem jest krótszy i wynosi maksymalnie 12 godzin w zależności od prowadzonej terapii, w okresie kolejnych 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza adsorbera którego, zalecany czas leczenia pojedynczym adsorberem jest krótszy i wynosi maksymalnie 12 godzin w zależności od prowadzonej terapii, w okresie kolejnych 7 dni.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści dostawę adsorberów z przydatnością do użycia 24 miesiące od daty produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza adsorberów z przydatnością do użycia 24 miesiące od daty produkcji.

Zamawiający wskazał w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy okres przydatności wynoszący co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Tomaszowie Lubelskim
Dariusz Gałęcki
lek. med. Dariusz Gałęcki

Kierownik Zamawiającego